

SZLOVAKIA/13/2013
KJ: 470-3/2013/Sz
KAPPA: Pü
Függőleges
Jogelvonás
Közbeszerzési
Tulajdonos
Részlet: Morside néha nék. aláírás
Kovács

Szállítási szerződés

Amely létrejött egyrészről **Mátrai Gyógyintézet** (székhelye: 3233 Mátraháza; adószáma: 15309824-2-10) *képviselőjében Dr. Urbán László PhD. főigazgató*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről **Diagnosticum Zrt.** (székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 126.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042168; adószáma: 10824487-2-41) *képviselőjében Gálóczi Imre igazgatósági tag*, mint szállító – a továbbiakban: szállító, Megrendelő és a Szállító együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés háttere és előzményei

Megrendelő a Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására és szerződés megkötésére jogosult.
Megrendelő, mint Ajánlatkérő „*HU-SK 09/01/1.4.1/0002, HU-SK 09/01/1.4.1/0013, és HU-SK 09/01/1.4.1/0014 kódszámú pályázatokban szereplő gép műszerigény biztosítása*” tárgyú részajánlattételi lehetőséget biztosító közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás alapján kerül megkötésre jelen szerződés.

2. Szerződés tárgya

Mátrai Gyógyintézet részére szükséges orvosi gép, műszer szállítása, beszerelése és beüzemelése.¹
4. rész:

Kémiai automata	1
Ionmérő	1
Immunológiai automata	1
Haematológiai automata	1
Luminométer	1
Laktát mérő	1
Vizeletcsík leolvasó automata	1
Asztali centrifuga	1
Reagensek	1

3. Szerződéses érték

Szállító a jelen szerződés alapját képező ajánlati felhívásra adott 115.980,- Eur + törvényes ÁFA áron vállalja a jelen szerződés tárgyát képező termék(ek) szerződés szerinti szállítását, beszerelését és beüzemelését, amely ár a szerződés teljes időszakára kötött, a szerződés tartama alatt nem változtatható, kivéve a Kbt. 132. §-át.

¹ A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelő rész.



A megadott árak tartalmaznia kell megrendelőhöz történő szállításig és az átadásig felmerülő valamennyi költséget, pl. VÁM, illeték, adók. Megrendelőnek külön szállítási és egyéb költségek nem számolható fel.

4. Fizetési mód

A szerződéses nettó érték Eur-ban került megállapításra.

Megrendelő a teljesítés ellenértékét a Szállító által kiállított, az ajánlatkérő képviselője által leigazolt számla benyújtását követően a Kbt. 130. § (3) bekezdése, valamint az Art. 36/A. § figyelembevételével egyenlíti ki.

Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Szállítóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő az elmaradt díj (díjrészlet) alapján számított a Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Szállítóknak.

Valamennyi számlát a Mátrai Gyógyintézet 3233 Mátraháza nevére és címére kell kiállítani és a 3233 Mátraháza címre benyújtani.

Nem a fenti helyen benyújtott számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5. Szállítási feltételek és határidők

Szállítási határidő: jelen szerződés aláírását követő²

4. rész: 30 nap.

Szállító az áruk Megrendelő részére történt leszállítását, beszerelését és beüzemelését, valamint a szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően jogosult a szállítmány ellenértékét a 4. pontban meghatározottak szerint Megrendelő részére leszámlázni.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A. Meghiúsulási biztosíték:

- 1.) Meghiúsulási biztosíték összege: a nettó szállítási díj 5 %- a, azaz 1 722 941,- Ft.
- 2.) Szállító a meghiúsulási biztosítékot jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bankgarancia biztosításával³ teljesíti.

B. Hibás teljesítési biztosíték:

- 1.) Hibás teljesítési biztosíték összege: a nettó szállítási díj 5 %- a, azaz 1 722 941,- Ft
- 2.) Szállító a hibás teljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában (az átadás- átvétel napján) bankgarancia biztosításával⁴ teljesíti.

² A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelő rész.

³ Vállalkozó ajánlatában tett nyilatkozatnak megfelelő rész aláhúzandó.

⁴ Szállító ajánlatában tett nyilatkozatnak megfelelő rész aláhúzandó.



C. Jótállás időtartama: 24 hónap a Ptk. szabályainak megfelelően.

D. Késedelmi kötbér:

- 1.) Felek a Szállító felelősségi körébe tartozó okból eredő, a teljesítési véghatáridőre vonatkozó, a Szállító késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért kötnek ki. A késedelmi kötbér mértéke
4. rész: 20.000,- Ft
késedelmes naponként. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult az esedékessé vált szállítási díjból visszatartani.
- 2.) Szállító határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb
4. rész: 30 napon
belül befejeződik, és Megrendelő az áru(ka)t átvette. Késedelmi kötbér számítható fel, ha a mennyiségi teljesítéssel együtt a rendeltetészerű üzembe helyezés nem történhet meg a minőségi hibák miatt, ugyancsak amennyiben az átadás-átvételekor megállapított és a jegyzőkönyvben rögzített kisebb hibák maradéktalan kijavítása, kiküszöbölése a felek által azok teljesítésére megszabott, jegyzőkönyvben rögzített, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárás napjától számított 15 napon belül nem történik meg. Utóbbi esetben a késedelmi kötbér számítása az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.
- 3.) Megrendelő jogosult érvényesíteni a késedelmi kötbér, a meghiúsulási és a hibás teljesítési biztosíték összegét meghaladó kárát is.

7. Csomagolás

Szállító a leszállítandó árut a termék jellegének megfelelően csomagolva szállítja le. A csomagoláson megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó utasításokat fel kell tüntetni.

A csomagolási megjelölésen az alábbi adatokat kell szerepeltetni:

- a) Szállítási cím: Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza)
- b) A csomag tartalma,
- c) A csomag száma.

8. Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása

Az áruk (fuvarozótól történő) átvétele Megrendelő kötelezettsége, amennyiben azt az 5. pontban meghatározott időben szállítja.

A mennyiségi hiányokról és sérülésekről az átvételt követő 5 munkanapon belül a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított legközelebbi szállítási napon, de minimum 15 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni.

A leszállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között, a szállító által közölteknak megfelelően raktározza.



9. Szavatosság

Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk tekintetében szavatolja a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot, a vonatkozó jogszabályokban adott árura előírt tulajdonságoknak való megfelelést, az adott árura az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban előírt tulajdonságoknak való megfelelést, és azt, hogy az adott árun nincs harmadik személynek olyan joga, amely a Megrendelő vonatkozásában a tulajdonjog megszerzését akadályozza.

Amennyiben az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem használható, Szállító és Megrendelő által aláírt jegyzőkönyv alapján a Szállító köteles az árut saját költségére 5 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a jótállási időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.

Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket az árukhoz mellékelt előírások tartalmazzák.

10. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

Szükség esetén Szállító saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.

11. Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben jogosult, egyben köteles jelen szerződést felmondani.

12. Egyéb feltételek

Jelen szerződés és annak mellékletei csak a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett és csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók a Kbt. 132. §-ának megfelelően.

Jelen szerződés 6 azonos érvényű és mindenben megegyező, magyar nyelvű példányban készült, melyből a Megrendelő 4, Szállító 2 példányt kap.

Jelen szerződés 1. sz. melléklete, amely a szállítandó termékek körét tartalmazza, a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezi az eljárást megindító felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a Szállító ajánlata.

VI. Kapcsolattartás:

A Mátrai Gyógyintézet részéről a kapcsolattartó:
Dr. Urbán László phd. főigazgató.

Elérhetősége:

Mátrai Gyógyintézet
3233 Mátraháza, Hrsz. 7151

Telefón: 37/574-505,

Fax: 37/374-091

E-mail: foigazgato@magy.eu

Diagnosticum Zrt. Szállító részéről

a kapcsolattartó: Gálóczi Imre

Elérhetősége:



Telefon: +361/369-3684
Fax: +361/369-4383
E-mail: imre@diagnosticum.hu

1. Alkalmazott jog


A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik egymás között tárgyalással békés úton rendezni.


Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából a Megrendelő székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.


A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. valamint a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Mátraháza, 2013. január. 28.





Mátrai Gyógyintézet
képviselésében
Dr. Urbán László PhD. főigazgató
Megrendelő


Mátrai Gyógyintézet
képviselésében
Nagyné Látóczki Margit
gazdasági igazgató
Megrendelő




Diagnosticum Zrt.
képviselésében
Gálóczi Imre igazgatósági tag
Diagnosticum Zrt.
1047 Bp., Attila u. 126.
Citibank Zrt. 10800007-98341001
Adószám: 10824487-2-41



4.1 Tender specifikáció kémiai automata

Minimum követelmények

Mérési módszer: Random-access analízis	Igen
Mérési sebesség min. 220 teszt/ óra	240 teszt/ óra
Analízis mód: végpontos, kinetikus	Igen
Mintatartó speciális mintaedény primer vérvételi cső (5mL, 7mL, 10mL)	Mintatartó speciális mintaedény primer vérvételi cső (5ml, 7ml, 10ml)
Mintabemérés: min. 0.5 µl-es lépésekben	0.5 µl-es lépésekben
Reagens bemérés: min. 0.5 µl-es lépésekben	5 µl-es lépésekben
Reagens hűtés	Igen
Reakció küvetta mosása	Igen
Reakciótérfogat: max. 400 µl	200-400 µl
Reakció-hőmérséklet: 37 ± 0.1°C	Igen
Hullámhossz: 340-800 nm (min. 12 fix hullámhossz)	Hullámhosszak: 340, 380, 405, 450, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800 nm
Kalibrációs görbekezelési módok: Lineáris, Fixfaktor, Nem lineáris (Logit-log, Spline, Exponenciális, Polinomális)	Igen
Reakció ellenőrző funkciók: Reakciógörbe monitor QC grafikus megjelenítés Futás monitor	Reakciógörbe monitor QC grafikus megjelenítés Futás monitor
Adattároló kapacitás min. 9000 vizsgálati eredmény	9000 vizsgálati eredmény
Saját beépített printer	Igen
Vízszükséglet: Max. 5 l/ óra	3,5 l/óra
Nyílt rendszer	Nyílt rendszer




Handwritten signature and the number 077.

4.2 Tender specifikáció ionmérőre

Minimum követelmények

Mérhető paraméterek: Na, Cl- K	Igen
Minta: szérum, vizelet	Igen
Minta mennyiség szérum esetén max. 50µl	50 µl
Automatikus kalibráció	Igen
Mérési idő max. 40 másodperc	40 másodperc
Karbantartás mentes, egyedileg cserélhető elektródok	Igen
Vonalkód leolvasó csatlakoztathatósága	Igen
Zárt reagens cartridge	Igen
Reagens szint figyelés	Igen
Zárt rendszer	Zárt rendszer




Handwritten signature and the number 078.

4.3 Tender specifikáció immunológiai automatára

Minimum követelmények

Kompakt asztali készülék beépített klaviatúrával, kijelzővel és nyomtatóval	Igen
Használara kész, bárkóddal és színkóddal ellátott reagensek	Igen
Egyidőben futatható minták száma: min. 10 minta	12 minta
Monoteszt reagens rendszer	Igen
Egyszerre gépre helyezhető tesztek száma	3
Mérési teljesítmény: min. 10 vizsgálat/óra	30 vizsgálat/óra
Tárolható eredmények száma: min. 30 eredmény	48 eredmény
Vonalkód leolvasó csatlakoztathatósága	Igen
Min. 2 egymástól függetlenül üzemeltethető mérőblokk min. 6-6 mérőhellyel	Igen, 2 egymástól függetlenül üzemeltethető mérőblokk 6-6 mérőhellyel
Mérhető tesztek:	
pajzsmirigy hormonok	Igen
reproduktív hormonok	Igen
tumor markerek	Igen
Troponin	Igen
Total IgE	Igen
D-dimer	Igen
Prokalcitonin	Igen
A teszt kit tartalmazza a kalibrátort és a kontrollt	Igen
Zárt rendszer	Zárt rendszer




Handwritten signature and the number 079.

4.4 Tender specifikáció hematológiai automatára

Minimum követelmények

5 part. diff.	Igen
Mérési sebesség: min. 50 minta óránként	50 minta óránként
Minta mennyiség: max. 17 μ l	16,7 μ l
Rendszeroldat: max. 3 rendszeroldat	3 rendszeroldat
Eredmény tároló kapacitás: min. 1000 eredmény	1000 eredmény
Színes érintő képernyő	Igen
Bárkód olvasó csatlakoztatható	Igen
Zárt rendszer	Zárt rendszer




Handwritten signature and the number 080.

4.5 Tender specifikáció luminométerre

Minimum követelmények

A készülék alkalmas allergia tesztrendszer értékelésére	Igen
Teljesítmény min. 5 pipetta leolvasása egyidejűleg	Igen, 5 pipetta leolvasása egyidejűleg
Leolvasási idő max. 8 perc	Leolvasási idő 8 perc
Automatikus ellenőrző funkció	Igen
Beépített printer	Igen
RAST-nak megfelelő öt osztályba sorolt eredményközlés	Igen
Zárt rendszer	Zárt rendszer




Handwritten signature and the number 081.

4.6 Tender specifikáció laktát mérőre

Minimum követelmények

Mérési elv: elektrokémiai laktát meghatározás	Igen
Mérési idő: max. 60 sec.	60 sec.
Minta mennyiség: max. 5 µl	5µl
Mérési tartomány	0,8-23,3 mmol/l
Eredmény tárolókapacitás: min. 10 eredmény	20 eredmény
A minta felszívásakor a mérés automatikusan elindul	Igen
Zárt rendszer	Igen




Handwritten signature and the number 082.

4.7 Tender specifikáció vizeletcsík leolvasó automata

Minimum követelmények

Mérhető paraméterek: glükóz, bilirubin, keton, nitrit, pH, protein, urobilinogén, vér, fehérvérsejt, spec. sűrűség, aszkorbinsav, vizelet szín- és zavarosság	Igen, glükóz, bilirubin, keton, nitrit, pH, protein, urobilinogén, vér, fehérvérsejt, spec. sűrűség, aszkorbinsav, vizelet szín- és zavarosság
Mérési sebesség: min. 300 teszt/óra	720 teszt/óra
Mérési ciklus: max. 5 sec.	5 sec.
Beépített printer	Igen
Eredmény tároló kapacitás: min. 1000 eredmény	1000 eredmény
Min. 300 kontroll eredmény tárolása	300 kontroll
Bárcód olvasó csatlakoztatható	Igen
Hány fajta különböző paraméterű vizeletcsík használható?	8 fajta
Zárt rendszer	Zárt rendszer




F. L.
083

4.8 Tender specifikáció asztali centrifugára

Minimum követelmények

Direkt indukciós motor	Igen
Kilendülő fejes rotor	Igen
Max. fordulatszám: min. 15000 rpm	15200 rpm
Digitális LCD kijelző	Igen
Automata imbalance figyelő	Igen
Idő, sebesség, gyorsulás szerinti programozási funkciók	Igen
Rozsdamentes acélból készült rototér	Igen
Min. 6 program tárolási lehetőség direkt gombokkal	Igen, 6 program tárolási lehetőség direkt gombokkal
Férőhelyek száma 10 ml csöveknél	28 db
Zárt rendszer	Zárt rendszer




Handwritten signature and the number 084.

084

4.9 Reagensek

Minimum követelmények

Inhalatív Panel IgE	min 24 allergén	1200 betegre	36 allergén 60 doboz 20 teszt/doboz
Nutritív Panel IgE	min 24 allergén	1200 betegre	36 allergén 60 doboz 20 teszt/doboz
Pozitív kontrol		12drb	12 db 3x3 ml



F. L.

085