

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: *Mátrai Gyógyintézet; 3233 Mátraháza, 7151. hrsz.*
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
*A közbeszerzés tárgya:
Mátrai Gyógyintézet- TIOP-2.2.6./12/1/B-2013-0047- gép- műszer beszerzése- 2015.
A közbeszerzés mennyisége:
1 db új 32 szeletes CT és 1 db új digitális mammográf eszköz a dokumentációban részletezettek szerint.
A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírásban található.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök vonatkozásában a műszaki csatlakozások kiépítése, berendezések helyszínre szállítása, szerelési munkálatok, csatlakoztatás- telepítés, beüzemelés-beszabályozás, próbaüzemeltetés, az üzemeltető képviselőinek betanítása, magyar nyelvű használati utasítások rendelkezésre bocsátása és az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetések elvégzése.
A digitális képalkotó berendezések esetében előírt PACS rendszer kompatibilitás teljesítésén túlmenően az átvétel feltétele a rendszerbe való illesztés elvégzése!*
3. A választott eljárás fajtája: *Kbt. 81. §- a szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárás.*
- 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
- 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: *TED: 2015/S 155-285503; 2015. augusztus 13.*
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: *Igen.*
- b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
- c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): *1.*
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

*Ajánlattevő neve
Ajánlattevő címe
Bírálati szempontok számszerűsíthető adatai*

Chemium Kft.
6451 Tataháza, Kossuth u. 41.

Ajánlati ár

<i>Ajánlati ár (szállítási díj)</i>	<i>nettó 186.300.000,- Ft + törvényes ÁFA (1 db új min. 32 szeletes CT: nettó 122.000.000,- Ft + törvényes ÁFA. 1 db új digitális mammográf: nettó 38.800.000,- Ft + törvényes ÁFA. Rtg munkahelyek kialakítása: nettó 25.500.000,- Ft + törvényes ÁFA)</i>
-------------------------------------	---

Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások

1 db min 32 szeletes CT:

Alszezpont	Megajánlott érték a dokumentáció részét képező „Bírálati szempontrendszer”- ben meghatározott paraméterek, mértékegységek, stb. szerint (ahol a „Bírálati szempontrendszer”- ben a bírálat az adott tulajdonság megléte, vagy hiánya függvénye, ott megléte esetén „Igen”- t, hiánya esetén „Nem”- et kell ebbe az oszlopba írni)
Választható Rtg. cső feszültségek száma	3
Legmagasabb Rtg. cső feszültség	140 kV
Legkisebb fókuszpont teljesítménye	60 kW

Dinamikus fókuszpont	Igen
Folyamatos spirál mérés ideje	100 s
Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál	4640 Hz
Adatátviteli sebesség a detektorról	5300 Mb/s
Perfúziós csomag mozgáskorrekcióval, zajcsökkentéssel	Igen
Az egy sorban lévő detektorok effektív száma a referencia detektorokat leszámítva	672 db
Magaskontrasztú felbontás 2 % MTF-nél	23 vp/cm
Rekonstrukciós sebesség 512 mátrix, 50cm FOV mellett, 1mm (±30%) rekonstruált szeletvastagságnál, a helikális „cone beam” korrekcióval, iteratív rekonstrukcióval	16 kép/s
Rekonstruált képmátrix mérete	1024x1024
Vezeték nélküli kapcsolat az injektor és a kezelőpanel közt	Igen, bluetooth

1 db digitális mammográf:

Alszempont	Megajánlott érték a dokumentáció részét képező „Bírálati szempontrendszer”- ben meghatározott paraméterek, mértékegységek, stb. szerint (ahol a „Bírálati szempontrendszer”- ben a bírálat az adott tulajdonság megléte, vagy hiánya függvénye, ott megléte esetén „Igen”- t, hiánya esetén „Nem”- et kell ebbe az oszlopba írni)
Névleges teljesítmény	5 kW
Kiolvasási kapacitás normál felbontású üzemmódban, 35x35-as méretű kazettával, normál felbontással	Igen, Kiolvasási kapacitás normál felbontású üzemmódban 84 kazetta/óra 35x35- as méretű kazettával, normál felbontással
Változtatható pixelfelbontás mammo felbontás	Igen, Változtatható pixelfelbontás mammo felbontás 43,75 µm
Mammográfiás leletező szoftver license meglévő PIPACS PACS rendszerrel kompatibilis	Igen, Mammográfiás leletező szoftver license meglévő PIPACS PACS rendszerrel kompatibilis

Ajánlattevő valamennyi- az eljárást megindító felhívásban előírt- alkalmassági kritériumnak megfelelt, előírászerűen igazolta.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Chemium Kft.		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár (szállítási díj)	396	7	2772				
Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételek et meghaladó elvárások alszerpontjai:	99	7	693:				
Választható Rtg. cső feszültségek száma	2	7	14				
Legmagasabb	3	7	21				

<i>Rtg. cső feszültség</i>							
<i>Legkisebb fókuszpont teljesítménye</i>	10	7	70				
<i>Dinamikus fókuszpont</i>	2	7	14				
<i>Folyamatos spirál mérés ideje</i>	5	7	35				
<i>Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál</i>	10	7	70				
<i>Adatátviteli sebesség a detektorról</i>	5	7	35				
<i>Perfúziós csomag mozgáskorrekcióval, zajcsökkentéssel</i>	5	7	35				
<i>Az egy sorban lévő detektorok effektív száma a referencia detektorokat leszámítva</i>	5	7	35				
<i>Magaskontrasztú felbontás 2 % MTF-nél</i>	5	7	35				
<i>Rekonstrukciós sebesség 512 mátrix, 50cm FOV mellett, 1mm ($\pm 30\%$) rekonstruált szeletvastagságnál, a helikális „cone beam” korrekcióval, iteratív rekonstrukcióval</i>	5	7	35				
<i>Rekonstruált képmátrix mérete</i>	10	7	70				
<i>Vezeték nélküli kapcsolat az injektor és a kezelőpanel közt</i>	5	7	35				
<i>Névleges teljesítmény</i>	5	7	35				
<i>Kiolvasási kapacitás normál felbontású üzemmódban, 35x35-as méretű kazettával, normál felbontással</i>	5	7	35				
<i>Változtatható pixelfelbontás mammo felbontás</i>	7	7	49				
<i>Mammográfias leletező szoftver</i>	10	7	70				

license meglévő PIPACS PACS rendszerrel kompatibilis							
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			3465				
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

1. Ellenszolgáltatás mértéke: 1- 7 pont.

2. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások: 1- 7 pont.

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1. Ellenszolgáltatás: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

$$P = \text{Alegjobb} / \text{Avizsgált} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontokra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2. Orvos szakmai, műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások.

1 db min 32 szeletes CT:

a) Választható Rtg. cső feszültségek száma: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha kevesebb, mint 4 db (min. 3 db) 1 pont, a 4 db, vagy attól több 7 pont.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

b) Legmagasabb Rtg. cső feszültség: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha kevesebb, mint 140 kV (min. 135 kV) 1 pont, a 140 kV, vagy attól több 7 pont.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

c) Legkisebb fókuszpont teljesítménye: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha kevesebb, mint 60 kW (min. 20 kW) 1 pont, a 60 kW, vagy attól több 7 pont.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

d) Dinamikus fókuszpont: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha nem 1 pont, ha igen 7 pont.

e) Folyamatos spirál mérés ideje: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

$$P = \text{Avizsgált} / \text{Alegjobb} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*P*_{max}: a pontskála felső határa

*P*_{min}: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Min. 60 s. A Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében a legkedvezőbb szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 100 s.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

f) Mintavételi frekvencia szubszekundumos körülfordulásnál: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

$$P = \text{Avizsgált} / \text{Alegjobb} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*P*_{max}: a pontskála felső határa

*P*_{min}: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Min. 1800 Hz. A Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében a legkedvezőbb szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 4600 Hz.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

g) Adatátviteli sebesség a detektorról: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

$$P = \text{Avizsgált} / \text{Alegjobb} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*P*_{max}: a pontskála felső határa

*P*_{min}: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Min. 4000 Mb/s. A Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében a legkedvezőbb szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 5200 Mb/s.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

h) Perfúziós csomag mozgáskorrektívával, zajcsökkentéssel: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha nem 1 pont, ha igen 7 pont.

i) Az egy sorban lévő detektorok effektív száma a referencia detektorokat leszámítva: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

$$P = \text{Avizsgált} / \text{Alegjobb} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*P*_{max}: a pontskála felső határa

*P*_{min}: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Min. 670 db. A Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében a legkedvezőbb szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 800 db.
Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

j) Magaskontrasztú felbontás 2 % MTF-nél: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha kevesebb, mint 23 vp/cm (min. 15 vp/cm) 1 pont, a 23 vp/cm, vagy attól több 7 pont.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

k) Rekonstrukciós sebesség 512 mátrix, 50cm FOV mellett, 1mm (±30%) rekonstruált szeletvastagságnál, a helikális „cone beam” korrekcióval, iteratív rekonstrukcióval: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

$$P = \text{Avizsgált} / \text{Alegjobb} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*P*_{max}: a pontskála felső határa

*P*_{min}: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Min. 6 kép/s. A Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében a legkedvezőbb szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 16 kép/s.
Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

l) Rekonstruált képmátrix mérete: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha kevesebb, mint 1024x1024 (min. 512x512) 1 pont, az 1024x1024, vagy attól több 7 pont.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

m) Vezeték nélküli kapcsolat az injektor és a kezelőpanel közt: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha nem 1 pont, ha igen 7 pont.

1 db Mammográf CR kiolvasóval, leletező munka állomással:

n) Névleges teljesítmény: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

$$P = \text{Avizsgált} / \text{Alegjobb} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Min. 5 kW. A Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében a legkedvezőbb szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 20 kW.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

o) Kiolvasási kapacitás normál felbontású üzemmódban, 35x35-as méretű kazettával, normál felbontással: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

$$P = \text{Avizsgált} / \text{Alegjobb} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Min. 50 kazetta/óra. A Kbt. 71. § (7) bekezdése értelmében a legkedvezőbb szint, melyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 100 kazetta/óra.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

p) Változtatható pixelfelbontás mammo felbontás: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha 50 µm, vagy annál nagyobb 1 pont, ha 50 µm- nél kisebb 7 pont.

Minimális elvárás: 55 µm.

Amennyiben az ajánlattevői megajánlás az Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárást nem éri el, nem teljesíti, úgy a minimum elvárásnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

q) Mammográfiás leletező szoftver license meglévő PIPACS PACS rendszerrel kompatibilis: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B.1. pontja szerinti pontozás az alábbiak szerint.

Ha nem 1 pont, ha igen 7 pont.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve

Ajánlattevő címe

Bírálati szempontok számszerűsíthető adatai

Chemium Kft.

6451 Tataháza, Kossuth u. 41.

Ajánlati ár

<i>Ajánlati ár (szállítási díj)</i>	<i>nettó 186.300.000,- Ft + törvényes ÁFA (1 db új min. 32 szeletes CT: nettó 122.000.000,- Ft + törvényes ÁFA. 1 db új digitális mammográf: nettó 38.800.000,- Ft + törvényes ÁFA. Rtg munkahelyek kialakítása: nettó 25.500.000,- Ft + törvényes ÁFA)</i>
-------------------------------------	---

Az összességében legelőnyösebb, egyedülként érvényes ajánlatot tette.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: *Szakmai tanácsadás, próbaüzem lefolytatása. CT készülék üzembe helyezése, PACS rendszerhez illesztése és a kezelő személyzet betanítása. Mammográf készülék üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanítása.*

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: *PHILIPS Magyarország Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 1.)- AF III.2.3) M/1., M/3. Hun-Med Kft. (2045 Törökbálint, Tó Park u. 3.)- AF III.2.3) M/3. Innomed Medical Zrt. (1146 Budapest, Szabó József u. 12.)- AF III.2.3) M/1. Bratu Zita (3780 Edelény, Császtai u. 24.)- AF III.2.3) M/2. Zsibai Zsófia (3860 Encs, Arany János u. 1.)- AF III.2.3) M/2.*

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: *2015. november 27.*

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: *2015. december 6.*

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: *2015. november 26.*

17. Az összegezés megküldésének időpontja: *2015. november 26.*

18.* Az összegezés módosításának indoka:

19.* Az összegezés módosításának időpontja:

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21.* Az összegezés javításának indoka:

22.* Az összegezés javításának időpontja:

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk: *A Kbt. 124. § (8) bekezdés a) pontja értelmében a szerződés a Kbt. 124. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető.*

Ajánlatkérő döntött a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének kiegészítéséről.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Szilvási Ügyvédi Iroda

dr. Szilvási Dénes ügyvéd

Adószám: 18144246-2-10

12033007-01247140-00100008

3300 Eöer, Barkóczy u. 13. 1/2.